

# MĚŘIDLO VOLNÉHO A CELKOVÉHO OBSAHU CHLORU

## CE

### SADA chemikálií pro měření volného a celkového chloru

Chemikálie pro měření volného a celkového chloru jsou k dispozici v balení po 100 kusech.

Pro měření nezbytné a nejsou obsaženy v přístroji.



Přenosný elektronický přístroj pro měření volného a celkového chloru.

Přístroj využívá kolorimetrické principy a díky výkonnému mikroprocesoru umožňuje jednoduché, rychlé a přesné měření s přesností odpovídající laboratorním podmínkám.

Zjišťované hodnoty volného chloru se pohybují od 0,00 do 3,50 mg/l.

Zjišťované hodnoty celkového chloru jsou v rozsahu od 0,00 do 5,00 mg/l.

S přesností rozlišení: 0,01 mg/l.