

MĚŘIDLO pH

Kapesní pH metr je schopen provést měření od pH 4 do pH 14 s rozlišením 0,1. Přístroj má rovněž vodotěsné robustní pouzdro z materiálu ABS, vhodné do prostředí s vysokou úrovní vlhkosti nebo při kontaktu s vodou.

Je ideálním přístrojem při hodnocení parametrů v demineralizaci, přípravě vody, reverzní osmóze.



ROZTOKY PRO KALIBRACI PŘI MĚŘENÍ pH

Speciální prostředek pro kalibraci měřidla pH.

Pro hodnoty od 4 do 7 (pH) a od 7 do 10.

Balení po 5+5 sáčcích.

KUFŘÍK MINILAB – MĚŘIDLA

Typ Kód	Kufřík Minilab 155.000.10	Měřidlo vodivosti 155.010.05	Měřidlo pH 155.010.18	
Typ Kód	-	Roztok pro kalibraci vodivosti 155.010.15	Roztok pro kalibraci pro pH 4-7 155.010.25	Roztok pro kalibraci pro pH 7-10 155.010.26